

Code No. 03-2473

製品規格書

CultureSureRニコチンアミド, 動物由来物フリー

細胞培養用

試験項目	規格値
性状	白色の結晶又は結晶性の粉末
確認試験(1)	試験適合
確認試験(2)	試験適合
確認試験(3)	試験適合
pH	6.0~7.5
融点	128~131℃
純度試験	-
(1) 溶状	試験適合
(2) 塩化物	0.021%以下
(3) 硫酸塩	0.019%以下
(4) 重金属	30ppm以下
(5) 硫酸呈色物	試験適合
乾燥減量	0.5%以下
強熱残分	0.1%以下
含量(HPLC)(乾燥後)	98.5%以上
エンドトキシン	20EU/g未満
マイコプラズマ試験	試験適合
生菌数試験	50CFU/g以下