

Code No. 03-2480

製品規格書

CultureSureR A419259三塩酸塩

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	白色～うすい黄赤色、結晶性粉末～粉末
ジメチルスルホキシド溶状	試験適合
含量(HPLC)	98.0%以上
エンドトキシン	0.1EU/mg未満
マイコプラズマ試験	試験適合