

Code No. 03-2495

製品規格書

塩素酸イオン標準液 (ClO₃- 1000)

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
他の陰イオン	試験適合
濃度(20°C)	980~1020mg/L