

Code No. 03-2530

製品規格書

塩化カルシウム

水分測定用

試験項目	規格値
* 外観	試験適合
純度	90.0%以上
塩基[Ca(OH)2として]	0.5%以下

JIS K 8125-1994 (*:当社追加項目)