

Code No. 03-2543

## 製品規格書

### カルシウム標準液 (Ca 1000)

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
酸濃度(HNO <sub>3</sub> として)	4~6w/w%
濃度(20℃)	990~1010mg/L
不純物元素	試験適合