

Code No. 03-2558

## 製品規格書

### 亜塩素酸イオン標準液 (ClO<sub>2</sub>- 1000)

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
他の陰イオン 濃度(20℃)	試験適合 950~1050mg/L