

Code No. 03-2559

製品規格書

セリウム標準液 (Ce 1000)

原子吸光分析用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
酸濃度(HNO ₃)	0.9~1.1mol/L
濃度(20℃)	0.99~1.01mg/mL