

Code No. 03-2570

製品規格書

セリウム標準液 (Ce 1000)

ICP分析用

試 験 項 目	規 格 値
外観	無色澄明の液体
濃度(20℃)	990～1010mg/L
不純物元素	試験適合