

Code No. 03-2601

製品規格書

2-クロロエタノール標準品

食品分析用

試験項目	規格値
外観	無色～わずかにうすい黄色、澄明の液体
ジクロロメタン溶状	試験適合
水分	0.5%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	98.0%以上