

Code No. 03-2609

製品規格書

CultureSure™ DAPT

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい黄褐色、結晶性粉末～粉末
ジメチルスルホキシド溶状	又は塊 試験適合
比旋光度[α] _{D20} (c=0.5,DMSO)	+40.0～+47.0°
水分	実績値集積のうえ、規格化する
エンドトキシン	0.25EU/mg未満
マイコプラズマ試験	試験適合
含量(HPLC)	99.0%以上
光学異性体(HPLC)	0.05%未満