

Code No. 03-2613

## 製品規格書

CHIR99021

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	白色～褐色、結晶性粉末～粉末
ジメチルスルホキシド溶状	試験適合
含量(HPLC)	99.5%以上
残留溶媒	-
(1) ジクロロメタン	600ppm以下
(2) 酢酸エチル	5000ppm以下
(3) エタノール	5000ppm以下
(4) メタノール	3000ppm以下
(5) トルエン	890ppm以下
(6) N,N-ジメチルホルムアミド	880ppm以下
(7) ジメチルスルホキシド	5000ppm以下
エンドトキシン試験	0.25EU/mg未満
マイコプラズマ試験	試験適合
生菌数試験	試験適合