

Code No. 03-2618

製品規格書

CultureSure™ PD0325901

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	白色～うすい褐色、結晶～粉末
ジメチルスルホキシド溶状	試験適合
水分	実測値集積のうえ、規格化する
含量(HPLC)	99.0%以上
エンドトキシン	0.25EU/mg未満
マイコプラズマ試験	試験適合