

Code No. 03-2647

製品規格書

セリウム標準液 (Ce 1000)

試 験 項 目	規 格 値
外観	無色澄明の液体
酸濃度(HNO ₃)	0.9～1.1mol/L
濃度(20℃)	990～1010mg/L