

Code No. 04-0093

## 製品規格書

### ジベンジルアミン

和光一級

試験項目	規格値
外観	無色～黄褐色、澄明の液体
密度(20°C)	1.026～1.033g/ml
屈折率20°C	1.571～1.576
水分	0.5%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	97.0%以上