

Code No. 04-0131

製品規格書

p-ジクロロベンゼン

和光特級

試験項目	規格値
外観	白色の結晶
エタノール溶状	試験適合
融点	52～56℃
水分	0.1%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	98.0%以上