

Code No. 04-1670

## 製品規格書

### 蒸留水

アミノ酸配列分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
吸光度(200~220nm)	0.02以下
吸光度(230~400nm)	0.01以下
塩化物	試験適合
アンモニウム(NH <sub>4</sub> )	0.03ppm以下
過マンガン酸還元性物質	試験適合