

Code No. 04-1678

## 製品規格書

### 蒸留水

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
臭気(1)	認めない
臭気(2)	認めない
不揮発物	2ppm以下
酸又は塩基(1)	試験適合
酸又は塩基(2)	試験適合
塩化物	試験適合(Cl:約0.1ppm以下)
硝酸塩	試験適合(NO3:約3ppm以下)
りん酸塩及びけい酸塩(SiO <sub>2</sub> として)	0.1ppm以下
硫酸塩	試験適合(SO <sub>4</sub> :約1ppm以下)
ナトリウム(Na)	0.1ppm以下
銅(Cu)	0.01ppm以下
カルシウム(Ca)	0.1ppm以下
カドミウム(Cd)	0.01ppm以下
鉛(Pb)	0.01ppm以下
鉄(Fe)	0.03ppm以下
アンモニウム(NH <sub>4</sub> )	0.05ppm以下
過マンガン酸還元性物質	試験適合(Oとして約1ppm以下)