

Code No. 04-1914

## 製品規格書

### p-ジクロロベンゼン

和光一級

試験項目	規格値
外観	白色、結晶～結晶性粉末
エタノール溶状	試験適合
融点	52～56℃
水分	0.2%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	97.0%以上