

Code No. 04-2085

製品規格書

ジオクチルアミン

和光一級

試験項目	規格値
外観	無色～黄褐色、澄明の液体
凝固点	12～16°C
水分	1.0%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	95.0%以上