

Code No. 04-2139

製品規格書

四ほう酸カリウム四水和物

和光一級

試験項目	規格値
外観	白色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
強熱減量	22.0～25.0%
pH(10g/L, 25°C)	9.0～9.4
塩化物(Cl)	0.001%以下
含量(K ₂ Oとして)	30.0～33.0%
含量(B ₂ O ₃ として)	44.0～47.0%