

Code No. 04-2421

製品規格書

ヘキサフルオロチタン(IV)酸ニアンモニウム

和光一級

試験項目	規格値
外観	白色～ほとんど白色、結晶～粉末
水溶状	試験適合
pH(50g/L, 25°C)	2.0～4.0
塩化物(Cl)	0.03%以下
硫酸塩(SO4)	0.05%以下
重金属(Pbとして)	0.03%以下
鉄(Fe)	0.05%以下
含量	95.0%以上