

Code No. 04-2564

製品規格書

p-ジクロロベンゼン標準液 (1mg/mL メタノール溶液)

水質試験用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
実用試験	試験適合
濃度	0.97~1.03mg/ml