

Code No. 04-2637

## 製品規格書

5w/v%ジクロロジメチルシラン・トルエン溶液

ガスクロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
濃度	4.6~5.4w/v%