

Code No. 04-2684

## 製品規格書

重水, 99.9%

NMR用

試験項目	規格値
外観	無色～ほとんど無色、澄明の液体
不純物	0.02mol%以下
重水素化率	99.9%以上