

Code No. 04-2977

製品規格書

D-MEM(低グルコース)(L-グルタミン, フェノールレッド含有)

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	赤色澄明の液体
pH	7.0~7.6
浸透圧	315~345mOsm/kg
エンドトキシン	0.1EU/ml以下
無菌試験	試験適合
マイコプラズマ試験	試験適合
実用試験	試験適合