

Code No. 04-3189

製品規格書

ダイアジノン標準物質

TraceSure(R)

試験項目	規格値
外観	無色～ほとんど無色、澄明の液体
アセトン溶状	試験適合
水分	0.2%以下
純度	99.0%以上
含量(キャピラリーカラムGC)	99.0%以上