

Code No. 04-3225

製品規格書

D-MEM(グルコース不含)(L-グルタミン, フェノールレッド含有)

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	赤色澄明の液体
pH	7.0~7.6
浸透圧	280~340mOsm/kg
エンドトキシン	0.1EU/mL以下
無菌試験	試験適合
マイコプラズマ試験	試験適合