

Code No. 04-3357

製品規格書

D-MEM(高グルコース)(ピルビン酸ナトリウム含有, アミノ酸不含)

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	無色～黄色、澄明の液体
pH	6.5～8.0
浸透圧	310～380mOsm/kg
エンドトキシン	0.1EU/mL以下
無菌試験	試験適合
マイコプラズマ試験	試験適合