

Code No. 04-3384

製品規格書

o-ジクロロベンゼン

GPC用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	1.303~1.309g/mL
屈折率20℃	1.551~1.552
吸光度(310nm)	0.50以下
吸光度(320nm)	0.10以下
吸光度(350nm)	0.05以下
吸光度(370nm)	0.02以下
吸光度(380~400nm)	0.01以下
GPC試験適合性	試験適合
水分	0.02%以下
不揮発物	0.001%以下
塩化物(Cl)	0.001%以下
遊離塩素(Cl)	1ppm以下
含量(キャピラリーカラムGC)	99.0%以上