

Code No. 04-3456

## 製品規格書

### deColorizing Solution 1

病理研究用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
pH(25°C)	3.9~4.2