

Code No. 04-3514

製品規格書

DSS-d6標準液 (500mg/L 重水溶液) [認証標準物質]

定量NMR用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
密度(20°C)	実測値報告
不純物(NMR)(1H)	試験適合
濃度(20°C)	450.0～550.0mg/L
濃度	実測値報告