

Code No. 05-0156

製品規格書

オレイン酸エチル

和光一級

試験項目	規格値
外観	無色～わずかにうすい黄色、澄明の液体
密度(20℃)	0.866～0.873g/ml
水分	0.2%以下
酸(C ₁₇ H ₃₃ COOHとして)	0.3%以下
過酸化物	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	75.0%以上