

Code No. 05-0286

製品規格書

EPN標準液 (10 $\mu\text{g}/\text{mL}$ トルエン溶液)

残留農薬試験用

| 試験項目 | 規格値 |
|------|----------------------------------|
| 外観 | 無色透明の液体 |
| 実用試験 | 試験適合 |
| 濃度 | 9.7~10.3 $\mu\text{g}/\text{mL}$ |