

Code No. 05-0649

## 製品規格書

### 0.5%エオシンY・エタノール溶液

病理研究用

試験項目	規格値
外観	黄色～黄赤色、液体
吸収極大波長	516～519nm
吸光度(1→1000, $\lambda$ max)	0.64～0.69
実用試験	試験適合