

Code No. 05-0903

製品規格書

EHSゲル基底膜マトリックス

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	黄赤色～赤色、液体
ゲル化試験	試験適合
無菌試験	試験適合
実用試験	試験適合
たん白濃度	9.5～10.5mg/mL

Source:from Mouse EHS tumor