Code No. 05-0927

製品規格書

エルビウム標準液 (Er 1000)

原子吸光分析用

試　験　項　目	規　格　値
外観	無色～うすい赤色、澄明の液体
酸濃度(HNO3)	0.9～1.1mol/L
濃度(20℃)	0.99～1.01mg/mL

改訂日: 2022.05.18