

Code No. 05-0927

## 製品規格書

### エルビウム標準液 (Er 1000)

原子吸光分析用

試験項目	規格値
外観	無色～うすい赤色、澄明の液体
酸濃度(HNO <sub>3</sub> )	0.9～1.1mol/L
濃度(20℃)	0.99～1.01mg/mL