

Code No. 05-0933

製品規格書

エルビウム標準液 (Er 1000)

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
濃度(20℃)	990~1010mg/L
不純物元素	試験適合