

Code No. 05-0945

製品規格書

EV-Up™ MSC EV産生用基礎培地, AF

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	黄赤色～赤色、澄明の液体
pH	7.5～7.9
浸透圧	320～360mOsm/kg
エンドトキシン	0.1EU/mL以下
無菌試験	試験適合
マイコプラズマ試験	試験適合
実用試験	試験適合