

Code No. 05-0951

製品規格書

エチレンオキシド・2-クロロエタノール混合標準液 (各2mg/mL ジクロロメタン溶液)

食品分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
実用試験	試験適合
エチレンオキシド	1.94~2.06mg/mL
2-クロロエタノール	1.94~2.06mg/mL