

Code No. 05-0954

製品規格書

エルビウム標準液 (Er 1000)[認証標準物質]

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	無色～うすい赤色、澄明の液体
密度(20℃)	実測値報告
濃度	実測値報告
不純物元素	試験適合