

Code No. 06-0025

製品規格書

フルオレセイン

和光特級

試験項目	規格値
外観	黄赤色～赤褐色、粉末
エタノール溶状	試験適合
水酸化ナトリウム溶液溶状	試験適合
乾燥減量(105℃)	10.0%以下
塩化物(Cl)	0.1%以下
亜鉛(Zn)	0.05%以下
鋭敏度	試験適合