

Code No. 06-0245

製品規格書

フルオロメトロン

生化学用

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい褐色、結晶性粉末～粉末
エタノール溶状	試験適合
比旋光度 $[\alpha]D20(c=1, \text{pyridine})$	$+52 \sim +60^\circ$
乾燥減量[60°C, 酸化りん(V)上, 減圧]	1.0%以下
含量(HPLC)	98.0%以上