Code No. 06-0340

製品規格書

ふっ化物イオン標準液(F- 1000)

試　験　項　目	規　格　値
外観	無色澄明の液体
他の陰イオン	試験適合
濃度(20℃)	980～1020mg/l

改訂日: 2013.05.24