

Code No. 06-0340

製品規格書

ふっ化物イオン標準液(F- 1000)

| 試 験 項 目 | 規 格 値 |
|-------------------|----------------------|
| 外観 | 無色澄明の液体 |
| 他の陰イオン 濃度(20℃) | 試験適合 980~1020mg/l |