

Code No. 06-0340

## 製品規格書

### ふっ化物イオン標準液(F- 1000)

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
他の陰イオン 濃度(20℃)	試験適合 980~1020mg/l