

Code No. 06-0348

製品規格書

ホルムアルデヒド=2,4-ジニトロフェニルヒドラゾン標準液 (40 μ g HCHO/mL アセトニトリル
溶液)

排ガス分析(HPLC)用

試験項目	規格値
外観	黄色澄明の液体
不純物	試験適合
濃度	0.274~0.286mg/mL