

Code No. 06-0372

## 製品規格書

### フルオロベンゼン標準品

大気汚染物質測定用

試験項目	規格値
外観	無色～うすい黄褐色、透明の液体
密度(20°C)	実績値集積のうえ、規格化する
屈折率20°C	1.463～1.467
水分	0.1%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	99.0%以上