

Code No. 06-0398

製品規格書

フラチオカルブ標準品

残留農薬試験用

試験項目	規格値
外観	試験適合
アセトン溶状	試験適合
水分	0.2%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	99.0%以上
含量(qNMR)	98.0%以上