

Code No. 06-0453

製品規格書

ぎ酸(約99%)

LC/MS用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
水溶状	試験適合
吸光度(1→4, 254nm)	1.00以下
吸光度(1→4, 260nm)	0.20以下
吸光度(1→4, 270nm)	0.02以下
吸光度(1→4, 300~400nm)	0.01以下
水分	1.0%以下
蛍光試験	試験適合
LC/MS分析適合性	試験適合
含量(HPLC)	99.5%以上